

型号	称量	测定范围	设定温度	最小表示
MB45	45g	0.01~100%	50~200℃ (1℃间隔)	0.01%/0.001g
MB35	35g	0.05~100%	50~160℃ (5℃间隔)	0.05%/0.005g